

REGIONE SICILIANA



Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Gaspere Rodolico – San Marco” Catania

CAPITOLATO TECNICO

INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SISTEMI INFUSIONALI PER NUTRIZIONE.

R.U.P. della gara: Rag. Francesco Viscuso

D.E.C. della gara:

Direttore dell'esecuzione P.O. “G. Rodolico”: Dr.ssa Laura Terranova, Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. “G. rodolico”.

Direttore dell'esecuzione P.O. “San Marco”: Dr.ssa Maria Rita Badagliacca, Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. “San Marco”.

Il presente Capitolato Tecnico d'appalto costituisce integrazione al Disciplinare di gara. Esso consta di n° 4 fogli numerati dalla pagina 1 alla pagina 4 e deve essere restituito timbrato e firmato per accettazione dal legale rappresentante della ditta.

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in somministrazione per 36 mesi di prodotti dietetici e sistemi infusionali per nutrizione per le esigenze di tutte le UU.OO. dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco".

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche tecniche e dei quantitativi da fornire si rinvia alle tabelle sottostanti.

L'Azienda ai sensi dell'art.120 comma 11 D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di proroga del contratto per un periodo temporale strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il fornitore, dovrà applicare gli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario, ovvero più favorevoli.

L'appalto è finanziato con i fondi propri dell'Azienda.

LOTTI	DESCRIZIONE	Quantità richieste in ml/ANNUI	Prezzo a base d'asta/ ANNUALE
1	Formule Liquide-Cremose necessarie all'integrazione sostituzione dell'alimentazione naturale PER OS	475.000	€ 6.000,00
2	Prodotto palatabile a consistenza liquida 0,48-0,52 kcal/ml con minerali senza fibre privo di Glutine e Lattosio	288.000	€ 3.456,00
		Quantità in unità	
3	Set per infusione parenterale con service gratuito delle relative pompe a 2 vie a diversa programmazione e velocità	A) 5.000	€ 30.000,00
		B) 2.500	
		C) 500	
		D) 500	
4	Set per infusione con service gratuito delle relative pompe a tre vie a diversa programmazione e velocità	A) 5.000	€ 30.000,00
		B) 2.500	
		C) 500	
		D) 500	
		E) 500	

2. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

Nel caso in cui la descrizione di capitolato dovesse individuare una produzione esclusiva, deve intendersi esplicitamente applicata la clausola "o equivalente", ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.

Le quantità e tipologie dei prodotti richiesti si riferiscono al fabbisogno stimato per 36 mesi e sono meramente orientative, potendo variare in più o in meno, secondo le esigenze dell'Azienda, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritti o indennità di sorta.

I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento.

I prodotti offerti dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre per ogni prodotto offerto **la relativa SCHEDA DI SICUREZZA, secondo la Direttiva 91/155/CE, ove previsto.**

Se nel corso di validità del contratto dovessero intervenire nuove norme di legge, la ditta fornitrice, a pena di decadenza dall'aggiudicazione è tenuta ad uniformarsi a tali prescrizioni.

La data di scadenza dei prodotti offerti, al momento dell'acquisto e dell'arrivo presso i Servizi di Farmacia deve essere non inferiore a 12 mesi.

Lotto 1

<i>Formule Liquide-Cremose necessarie all'integrazione-sostituzione dell'alimentazione naturale PER OS</i>		
Prodotto a consistenza cremosa senza fibre 1,3 - 1,7 Kcal/ml con vitamine e minerali con la seguente formula e con le seguenti caratteristiche		
Formula		Composizione
Proteine		16-25 %
Lipidi		25-30 %
Glicidi		45-55 %
Caratteristiche:		
• Presenza di Sieroproteine; • Disponibilità di alimento tre gusti; • Confezione massimo 150 gr.		
Non sono previste variazioni alla formula sopra riportata, né mancanza di alcuna delle caratteristiche richieste.		

Lotto 2

<i>Formule Liquide-Cremose necessarie all'integrazione-sostituzione dell'alimentazione naturale PER OS</i>		
Prodotto palatabile a consistenza liquida 0,48-0,52 Kcal/ml con minerali senza fibre privo di glutine		
Formula		Composizione
Proteine		0 %
Lipidi		0 %
Carboidrati		100 %
Non sono previste variazioni alla formula sopra riportata, né mancanza di alcuna delle caratteristiche richieste.		

Lotto 3

Sets completo per infusione parenterale con service gratuito delle relative pompe a due vie a diversa programmazione e velocità con le seguenti caratteristiche:
A) Set monouso, sterile in PVC (privo di ftalati) o poliuretano o altro materiale idoneo all'utilizzo costituito da perforatore con filtro antibatterico, camera di gocciolamento con punto di iniezione a valle. Lunghezza >= 250 cm
B) Set per infusione lipidi in PVC privo di ftalati o poliuretano o altro materiale idoneo. Lunghezza >= 250 cm
C) Set opachi per infusione di farmaci fotosensibili in polietilene o altro materiale idoneo con rivestimento esterno in PVC o altro materiale idoneo. Lunghezza >= 250 cm
D) Set per infusione di sangue ed emoderivati con filtro da 200 micron circa. Lunghezza >= 250 cm
I set devono presentare attacco luer lock o attacco ENFit terminale al catetere, devono essere privi di lattice, muniti di dispositivo di regolazione del flusso rispondenti alle norme CE sui dispositivi medici, con etichetta a norma.
La ditta aggiudicataria del presente lotto dovrà fornire per il periodo di validità contrattuale il "service" gratuito di n° 25 pompe nuove con le seguenti caratteristiche: Meccanismo volumetrico Peso non superiore a 5 Kg; Velocità infusione da 0,1 a 999 ml/h minimo; Visualizzazione della velocità di infusione, dose e volume erogato; Precisione volumetrica +/-5%; Munita di allarmi (sonori e visivi quali: occlusione - distale e prossimale - fine infusione, batteria esaurita, rivelazione eventuali bolle d'aria, guasti o anomalie pompa); Munita di sistema (elettronico o meccanico) che impedisca l'accidentale flusso libero; facilità di montaggio dei sets; Alimentazione a rete e batteria (con autonomia minima di almeno 3 ore a 100/125 ml/h.; munita di sistema di aggancio a palo o barra; Rispondenti alle normative di leggi vigenti in materia. La pompa offerta deve utilizzare un set di infusione per somministrare due farmaci a diversa velocità e diversa programmazione in simultanea.

Lotto 4

Sets completo per infusione con service gratuito delle relative pompe a tre vie a diversa programmazione e velocità con le seguenti caratteristiche:
A) Deflussore standard a cassetta provvisto di due punti di iniezione/prelievo mediante valvola bidirezionale in silicone o altro materiale idoneo con connessione " luer lock" volume di riempimento 20 ml circa, lunghezza >= 250 cm
B) Deflussore ridotto a cassetta con un punto di iniezione per raccordo con siringa mediante " luer lock" volume di riempimento 6 ml circa lunghezza >= 250 cm
C) Deflussore a cassetta a basso assorbimento per farmaci incompatibili al pvc volume di riempimento 20 ml circa lunghezza >= 250 cm
D) Deflussore a cassetta opaco per farmaci fotosensibili provvisto di due punti di iniezione/ prelievo mediante valvola bidirezionale con connessione "luer lock" o attacco ENFit volume di riempimento 20 ml circa lunghezza >= 250 cm .
E) Deflussore a cassetta per sangue con filtro da 200 micron con punto di iniezione/prelievo mediante valvola bidirezionale con connessione "luer lock" o attacco ENFit volume di riempimento 35 ml lunghezza >= 250 cm.
Tutti i deflussori devono essere dotati di un sistema di protezione da flusso libero.
La ditta aggiudicataria del presente lotto dovrà fornire per il periodo di validità contrattuale il "service" gratuito di n° 25 pompe nuove con le seguenti caratteristiche: Meccanismo volumetrico; Peso non superiore a 5 kg; Velocità infusione da 0,1 a 999ml/h minimo; visualizzazione della velocità d'infusione, dose e volume erogato; Precisione volumetrica +/- 5%; Munita di allarmi (sonori e visivi quali: occlusione – distale e prossimale – fine infusione, batteria esaurita, rivelazione eventuali bolle d'aria, guasti o anomalie pompa); Munita di sistema (elettronico o meccanico) che impedisca l'accidentale flusso libero; Facilità di montaggio dei sets; Alimentazione a rete io a batteria(con autonomia minima di almeno 3 ore a 100/125 ml/h); Munita di sistema di aggancio a palo o a barra rispondenti alle normative di legge vigenti in materia. La pompa offerta deve utilizzare un set d'infusione per somministrare due farmaci a diversa velocità e diversa programmazione in simultanea.

IL DIRETTORE
U.O. DI DIETOLOGIA
A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco"
F.to (Dr. Salvo Salerno)

IL DIRETTORE
U.O.C Servizio di Farmacia P.O. "G. Rodolico"
F.to (Dr.ssa Laura Terranova)

IL DIRETTORE
U.O.C Servizio di Farmacia P.O. "San Marco"
F.to (Dr.ssa Maria Rita Badagliacca)