



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA

AVVISO
GARA ANAC 9139203
(RDO n.3602654)

Si dà avviso che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla RDO n.3602654, per la fornitura, in somministrazione semestrale con opzione di proroga tecnica semestrale ed eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, di materiale specialistico per l'U.O.C. di Cardiocirurgia del P.O.G.Rodolico, sono differiti alla data del 30/06/23 ore 10:00, al fine di consentire alle ditte interessate alla gara di formulare offerta tenendo conto dei seguenti chiarimenti:

Quesito 1:

siamo a richiedere maggiori informazioni circa i bisturi dei lotti 6 e 7, vorremmo sapere se è possibile conoscere il nome del fornitore attuale ed il codice dei prodotti e le misure richieste;

Risposta:

Le Ditte, interessate alla partecipazione della procedura di gara, dovranno fare riferimento alle Caratteristiche Tecniche di seguito riportate:

- Lotto n.6 - Minilama bisturi sterile in acciaio inox da montare su apposito manico a vite con angolatura di 15°
- Lotto n.7- Minilama bisturi smussa sterile in acciaio inox da montare su apposito manico a vite dritta e con superficie di taglio di 180°

Quesito 2:

Si chiede la possibilità di presentare ce e doc in lingua inglese trattandosi di documenti predisposti da enti notificati internazionali.

Risposta :

si conferma quanto previsto dal DISCIPLINARE DI GARA, Pag.22 - Paragrafo 15. DOCUMENTAZIONE TECNICA, terzo periodo.

Il Direttore del Settore
Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)