



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo
Funzionario Istruttore: Dott. Marcello Vinciguerra
Tel.095 3781722 – Fax 095 3781727
E mail: provveditorato@ao-ve.it
Pec. provveditorato@pec.policlinico.unict.it

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d. lgs.50/2016, per la fornitura, in somministrazione ed in conto deposito triennale, con opzione di proroga tecnica annuale ed eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, di dispositivi medici per radiologia interventistica e chirurgia vascolare occorrenti alle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie del bacino della Sicilia orientale Capofila “AOU Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania”

N.G. ANAC 8477488 – N.G. PIATTAFORMA G00138

AVVISO N.3

Si porta a conoscenza delle Ditte che intendono partecipare alla gara indicata in oggetto quanto segue:

1. Quesito pervenuto il 14/03/2022 alle ore 15:02:29

“In riferimento ai lotti n. 396 e n. 399 si chiede di verificare la descrizione completa dei relativi KIT. Un kit, per sua definizione, racchiude più componenti. Al contrario: il KIT POSIZIONAMENTO PIC/MIDLINE, descritto al lotto n. 396, include solo un laccio emostatico; il KIT PER PROCEDURE DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA, descritto al lotto n. 399, include solo un ago seldinger. Anche i prezzi a base d'asta lasciano supporre che i componenti siano multipli. Riteniamo probabile un refuso (dovuto forse al ridotto spazio della cella Excel) che potrebbe aver causato queste ed altre riduzioni di testo su ulteriori lotti. Si consiglia, pertanto, una verifica completa. Grazie per l'attenzione.”

RISPOSTA:

Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che questa Stazione Appaltante sta provvedendo alla ripubblicazione del capitolo tecnico in formato excel, che dovrà essere restituito con firma digitale, e degli atti di gara a seguito delle modifiche ad essi apportate, limitatamente ad alcuni lotti, conseguenti alle richieste di chiarimenti inviate da alcuni O.E. interessati alla procedura.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

2. Quesito pervenuto il 16/03/2022 alle ore 17:24:13

“Spettabile Ente,

in relazione al Lotto 621 Stent venoso - alla luce del fatto che gli stent venosi devono conformarsi all'anatomia e seguire la curvatura del sistema venoso ileofemorale senza piegarsi o fratturarsi, e tenendo conto che le vene iliache possono essere particolarmente tortuose, si richiede la possibilità di offrire, sul presente lotto, anche uno stent autoespandibile a celle aperte tale da garantire una maggiore flessibilità rispetto ad uno stent a celle chiuse ampliando così il panorama delle procedure cliniche eseguibili.

Distinti saluti”

RISPOSTA:

Si precisa che le ditte partecipanti sono tenute ad offrire quanto descritto in Capitolato Tecnico. Le eventuali aggiunte di codici diversi ed ulteriori rispetto a quelli offerti in gara, (aggiornamenti tecnologici e/o affiancamenti), potranno intervenire solo ad avvenuta aggiudicazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 del Disciplinare di Gara.

3. Quesito pervenuto il 18/03/2022 alle ore 09:44:42

In riferimento al lotto n. 454 si fa presente che al fine di poter rispondere adeguatamente a tutte le misure richieste in un'unica soluzione (Lotto), proponiamo la possibilità di offrire per lo stesso lotto due prodotti con denominazione diversa ma uguali nelle caratteristiche tecniche, fermo restando che sia le caratteristiche che il CND degli stessi rispondono e sono conformi a quanto richiesto dal capitolato. La diversità del nome è dovuta al fatto che alcune misure posso essere utilizzate anche in altri distretti anatomici ampliando la possibilità di utilizzo.

Distinti saluti”

RISPOSTA:

Le ditte partecipanti per il lotto 454 devono offrire tutte le misure indicate nei rispettivi sub lotti. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria volesse proporre, a contratto in corso, affiancamenti e/o aggiornamenti tecnologici rispetto al dispositivo offerto in gara dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 22 del Disciplinare.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

4. Quesito pervenuto il 21/03/2022 alle ore 10:43:06

‘Buongiorno,

con al presente si pongono i seguenti chiarimenti:

- al fine di comprovare la capacità tecnica e professionale di cui al disciplinare al punto 4 (pagina 12) si chiede di specificare se per fornitura di prodotti analoghi si intende fornitura di prodotti classificabili come dispositivi medici;
- nel capitolato tecnico, al lotto n. 343, si richiede set procedurale comprensivo anche di vassoio. Essendo il vassoio un accessorio non indispensabile, la mancata presenza comporta causa di esclusione per non idoneità tecnica ?;
- nel capitolato tecnico, al lotto 343, si richiedono due sacche di sangue da 500 cc. Perchè richiedete espressamente da 500 cc e non da 300 cc a 500 cc ?;
- nel capitolato tecnico, al lotto 343, richiedete una sacca filtro sangue da 40 cc. Perchè richiedete espressamente da 40 cc e non da 30 cc a 60 cc ?.

In attesa di gradito riscontro, porgiamo
Cordiali saluti.

RISPOSTA:

ART. 4 del Disciplinare di gara: Per prodotti analoghi si intendono dispositivi della stessa tipologia di quelli oggetto della gara.

LOTTO 343: Si conferma in toto quanto richiesto, fermo restando il rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

5. Quesito pervenuto il 21/03/2022 alle ore 11:34:31

‘Buongiorno, in rif. al lotto 453 si chiede se richiedete l’ago di verres (punta quincke e mandrino cavo retraiabile) o i tre aghi Misure 14G-15G-16G x 100mm

Distinti saluti

RISPOSTA:

- LOTTO 453: Si conferma in toto quanto richiesto fermo restando il rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

6. Quesito pervenuto il 21/03/2022 alle ore 16:02:45

“Spettabile Ente,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

LOTTO 394:

-Telo paziente triaccoppiato: si richiede se la capacità di assorbimento richiesta sia un refuso in quanto eccessiva; inoltre si richiede se possa essere offerto rinforzo di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate (senza considerare eventuale tolleranza richiesta in seguito)

-Coprimanico verde per lampada scialitica: si chiede di accettare anche altro colore, tipo azzurro;

-Tovagliette asciugamano 40x50: sono relative ai due camici o aggiuntive?

-Ago angiografico 18G: si chiede di confermare se vada bene un ago angiografico 18gx7cm, ad 1 elemento e senza ali;

LOTTO 399:

-Ago seldinger 18gx7cm luer costampato riv. Ptfe nero: si chiedono maggiori specifiche di tale prodotto così da individuare il corretto articolo richiesto.

-etichetta colorata: si richiede colore ed eventuale dicitura

-telo biaccoppiato 150x240: si richiede se debba essere dotato di adesivo

LOTTO 400:

-Si prega di specificare cosa sia n. 1 lunghezza 20cm. Di che articolo si tratta. Vi preghiamo di dare maggiori specifiche e caratteristiche.

Inoltre, si richiede una tolleranza generale sulle dimensioni indicate del +/-10%

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo

Distinti Saluti”

RISPOSTA:

LOTTO 394: Si conferma in toto la descrizione del lotto, accettando anche il manico di altro colore, fermo restando il rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

LOTTO 399: Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che questa Stazione Appaltante sta provvedendo alla ripubblicazione del capitolato tecnico in formato excel, che dovrà essere restituito firmato digitalmente. Degli atti di gara a seguito delle modifiche ad essi apportate, limitatamente ad alcuni lotti, conseguenti alle richieste di chiarimenti inviate da alcuni O.E. interessati alla procedura.

LOTTO 400: La dicitura “1 lunghezza 20 cm” si riferisce alla prolunga (rigo sopra) che deve essere della lunghezza di 20 cm.

Le tolleranze, fermo restando il principio dell'equivalenza, saranno valutate dalla Commissione Tecnica, incaricata della valutazione di conformità, secondo la tipologia e la funzione del dispositivo descritto in capitolato.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

7. Quesito pervenuto il 21/03/2022 alle ore 16:20:27

“Spettabile Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:

LOTTO 394

-ago ipodermico 21g: si richiede lunghezza
-ago ipodermico 22g: si richiede lunghezza

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo
Distinti Saluti”

RISPOSTA:

La lunghezza richiesta è quella tipica degli aghi ipodermici.

8. Quesito pervenuto il 22/03/2022 alle ore 09:03:52

“Rif. Lotto 118 voce b)

Sono richieste in comodato d'uso gratuito n. 565 valvole.

Essendo un numero molto elevato si chiede conferma del quantitativo
Grazie e cordiali saluti.”

RISPOSTA:

Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che questa Stazione Appaltante, a seguito della interlocuzione posta in essere con le altre Aziende del bacino, sta provvedendo alla ripubblicazione del capitolato tecnico in formato excel, che dovrà essere restituito con firma digitale. Il capitolato tecnico, opportunamente rimodulato, conterrà i quantitativi congrui.

9. Quesito pervenuto il 22/03/2022 alle ore 10:27:10

“Spettabile Ente, si richiedono i seguenti chiarimenti:

LOTTO 399

- camice chirurgico: si richiede taglia e possibilità di offrirlo in SMMMS con rinforzi impermeabili interni sul davanti e sulle maniche.

- manica per braccio: trattasi di refuso?

- ago ipodermico 21Gx1"1/2: è presente due volte nella composizione, uno è un refuso?

- telo biaccoppiato con foro adesivo: si richiede dimensione foro

LOTTO 400

- telo biaccoppiato 150x150: avvolge il contenuto del kit?

- camice chirurgico: si richiede taglia e possibilità di offrirlo in SMMMS con rinforzi impermeabili interni sul davanti e sulle maniche.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo”

RISPOSTA:

Lotto 399: Si rinvia alla risposta data al quesito n.1. Si conferma in toto la descrizione e si rimanda al principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016.

Lotto 400: Si conferma in toto la descrizione e si rimanda al principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

10. Quesito pervenuto il 23/03/2022 alle ore 16:27:46

“Buonasera, in riferimento al lotto 71 BIOPSLA -

“Contenitore di formalina a circuito chiuso per la gestione in sicurezza dei corpi biotecnici costituito da: serbatoio di formalina da 60 ml attivabile a mano singola esercitando una pressione sulla parte superiore provocando la rottura della pellicola di protezione con conseguente fuoriuscita di formalina e riempimento del contenitore sottostante”, volevamo sapere se il Prezzo Unitario Base d’Asta indicato nel Regolamento Tecnico_1_ CAPITOLATO TECNICO di “40,00 euro” è corretto.

Ringraziamo i signori per i cordiali saluti.”

RISPOSTA:

LOTTO 71: Si conferma il prezzo indicato in capitolato.

11. Quesito pervenuto il 23/03/2022 alle ore 19:09:43

“Spettabile Ente,

con riferimento alla procedura in oggetto, si invia in allegato richiesta di chiarimenti.

Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs gentile riscontro.

Distinti saluti

Spettabile Ente,

In relazione alla procedura indicata in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti.

In particolare, con riferimento al Criterio di Aggiudicazione, rif. Art. 14 del Disciplinare di Gara, che prevede l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4 lettera b), “presentando la fornitura, caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato”, si desidera evidenziare che le forniture oggetto dell’appalto sembrano non presentare affatto tali condizioni ma, piuttosto, appaiono caratterizzate, oltre che da un elevato livello tecnologico, da un elevato livello di innovazione tecnologica continua e costante, evidenze queste che NON li fanno rientrare nell’ipotesi prevista al comma 4, lett. b), dell’art. 95 del codice degli appalti.

A tal fine, ci sia permesso richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ricorso al criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 e, in particolare, che “il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica, tra altro, per l’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1609; 2 maggio 2017, n. 2014)” (Consiglio di Stato, sez. V, 20.01.2020 n. 444 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 19.11.2020 n. 7182). Più in particolare cosa debba intendersi per servizio standardizzato è stato chiarito da un’altra pronuncia sempre del Consiglio di Stato, che ha affermato che “tale sia un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio” (Consiglio di Stato, sez. V, 21.05.2020 n. 3210).

Nel caso dei sistemi oggetto della procedura di gara in oggetto, non può certo dirsi che non sia possibile acquisire “offerte differenziate” sotto il profilo qualitativo né tantomeno che non sia possibile “una reale comparazione tra la



Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico G. Rodolico – San Marco” Catania

qualità delle offerte”. E la dimostrazione di ciò risiede nel fatto che i prodotti richiesti nella procedura in oggetto sono offerti da diversi operatori economici i quali concorrono usualmente in procedure di acquisto aggiudicate sulla base del miglior rapporto prezzo/ qualità e i sistemi offerti dai vari operatori conseguono punteggi qualitativi diversi così, per l'appunto, confermando che è ben possibile acquisire offerte differenziate nonché procedere alla comparazione tra la qualità di diverse offerte in sede di giudizio.

Si chiede quindi di voler prendere in considerazione i rilievi formulati e di voler apportare le opportune modifiche alla legge di gara.

In riferimento al lotto 3 (ABLACIONE RF/MW/CRIO), si desidera evidenziare che, a conoscenza della scrivente, la dettagliata descrizione del lotto presente nel Capitolato Tecnico, sembra individuare le caratteristiche tecniche possedute da un unico specifico prodotto presente sul mercato. Si chiede pertanto di voler rettificare la descrizione (requisiti minimi) del lotto 3, al fine di favorire la massima partecipazione nel rispetto del principio di massima concorrenza e apertura agli operatori economici presenti sul mercato. In particolare, le specifiche tecniche riportate nel lotto 3 A “antenna coassiale a dipolo asimmetrico dotata di choke, cavi di prolunga integrati (lunghezza 2,5m) sia per le linee idrauliche che per la linea di trasmissione a microonde, misure 11G x150mm e 14G e 16G x150, 200 e 270 mm” sono tutte caratteristiche che, a nostra conoscenza, sembrano identificare un unico operatore presente sul mercato. Si precisa inoltre che altri prodotti presenti sul mercato, sono riconosciuti come funzionali alle medesime procedure di termoablazione a microonde pur non disponendo di queste specifiche caratteristiche tecniche e specifiche misure.

A tal fine dunque si chiede di procedere alle modifiche sopra proposte anche al fine di riportare la descrizione delle caratteristiche tecniche in linea con quanto previsto all'art. 68 del Codice degli Appalti ai sensi del quale “[...]e specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza” (co. 4) nonchè che “le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti” (co. 6)”.

Infine, con riferimento ai quantitativi richiesti al lotto 3 e, in particolare, relativamente al numero di generatori richiesti in comodato d'uso gratuito (lotto 3B), si desidera richiamare la Vs attenzione su un evidente refuso nell'indicazione di tale numero (61). E, infatti, un numero di generatori così elevato appare assolutamente sproporzionato, specie se rapportato al quantitativo triennale stimato di 492 pezzi di Kit sterili monouso. In particolare, ogni generatore dovrebbe essere utilizzato annualmente per una media di 2,7 procedure determinando così l'insostenibilità dell'offerta da parte dell'operatore economico interessato ad aggiudicarsi la fornitura. Si chiede dunque di voler rettificare il numero dei generatori richiesti adottando le forme di pubblicità richieste nel caso in cui – come in questo caso – si procede ad apportare modifiche sostanziali alla lex specialis di gara.

Premesso quanto sopra si chiede di voler cortesemente prendere in considerazione i rilievi formulati e di voler fornire i relativi riscontri, al fine di garantire la corretta e più ampia partecipazione a tutte le aziende interessate nonchè il buon esito della procedura.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

RISPOSTA:

- Criterio di aggiudicazione: si rimanda all'art. 74 comma 4 del D.lg. 50/2016
- LOTTO 3: Si conferma in toto quanto richiesto, fermo restando il rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016
- QUANTITATIVO DEI GENERATORI: Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che questa Stazione Appaltante, a seguito della interlocuzione posta in essere con le altre Aziende del bacino, sta provvedendo alla ripubblicizzazione del capitolo tecnico in formato excel, che dovrà essere restituito con firma digitale. Il capitolo tecnico, opportunamente rimodulato, conterrà i quantitativi congrui.

12. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 11:57:10

“Si comunica che l’ago per alcolizzazione richiesto nel LOTTO 44 non viene dotato di ago introduttore. Se è possibile eliminare l’ago introduttore che solitamente non viene fornito in dotazione da nessuna azienda”.

RISPOSTA:

Si conferma quanto descritto in capitolato, ferma restando l’applicabilità del principio di equivalenza di cui all’art. 68 comma 7 del Codice dei Contratti.

13. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 11:03:20

“In riferimento al LOTTO 53 (Kit semiautomatico per biopsia) si prega di modificare il lotto, in quanto con questa descrizione possono partecipare solo poche aziende, creando una situazione di indubbia discriminazione nei confronti di società impossibilitate a partecipare e creando le corrette condizioni per una libera concorrenza tra imprese.

Pertanto, se è possibile separare l’ago da tutti gli accessori del kit..

RISPOSTA:

Si conferma quanto descritto in capitolato, ferma restando l’applicabilità del principio di equivalenza di cui all’art. 68 comma 7 del Codice dei Contratti.

14. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 12:04:53

“In riferimento al LOTTO 53 (Kit semiautomatico per biopsia) si prega di modificare il lotto, in quanto con questa descrizione possono partecipare solo poche aziende, creando una situazione di indubbia discriminazione nei confronti di società impossibilitate a partecipare e creando le corrette condizioni per una libera concorrenza tra imprese.

Pertanto, se è possibile separare l’ago da tutti gli accessori del kit..

RISPOSTA:

Si conferma quanto descritto in capitolato, ferma restando l’applicabilità del principio di equivalenza di cui all’art. 68 comma 7 del Codice dei Contratti.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

15. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 12:06:35

“In riferimento al LOTTO 57 (Set per biopsia osteomidollare) si prega di modificare il lotto, in quanto con questa descrizione possono partecipare solo poche aziende, creando una situazione di indubbia discriminazione nei confronti di società impossibilitate a partecipare e creando le corrette condizioni per una libera concorrenza tra imprese. Pertanto, se è possibile separare l’ago da tutti gli accessori del kit.

RISPOSTA:

Si conferma quanto descritto in capitolato, ferma restando l’applicabilità del principio di equivalenza di cui all’art. 68 comma 7 del Codice dei Contratti.

16. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 12:08:18

“In riferimento al LOTTO 66, se è possibile, si prega di eliminare la misura 12G in quanto non inclusa nella produzione aziendale.

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto

17. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 12:11:31

In riferimento al LOTTO 69, se è possibile, si prega di eliminare la misura 12G in quanto non inclusa nella produzione aziendale.

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto.

18. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 12:12:21

“In riferimento al LOTTO 75, se è possibile, si prega di eliminare la misura 12G in quanto non inclusa nella produzione aziendale.

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto.

19. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 12:12:49

In riferimento al LOTTO 76, se è possibile, si prega di eliminare la fornitura del TELO FENESTRATO, in quanto non in dotazione nel kit.

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

20. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 16:18:22

Spettabile Ente,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

lotto 399-400: per le suture in Poliglattin, si chiede di specificare tipologia di ago, filo, lunghezza, lunghezza ago, altrimenti non è possibile individuare il corretto articolo.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo

Distinti Saluti

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto.

21. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 17:30:37

Alleghiamo richiesta di chiarimenti

“Buongiorno,

In riferimento alla procedura Aperta per la fornitura triennale di DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA

INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE E

UNIVERSITARIE DEL BACINO DELLA SICILIA ORIENTALE, chiediamo i seguenti chiarimenti:

- Chiediamo di voler specificare per quali lotti è richiesta la fornitura in conto deposito;

- Lotto 153: chiediamo conferma delle misure indicate: dobbiamo offrire quattro tipi diversi di coperture? 14x61cm. - 14x91cm. - 14x147 cm. e 17,8 x147 cm. ?

- Lotto 329:

è possibile offrire misure leggermente differenti da quelle indicate? ogni fabbricante dispone di una gamma di misure differenti;

è possibile offrire solo due misure nei colori da voi indicati?

la quantità e il prezzo indicato a base d'asta e è da intendersi a pezzo (a laccio) oppure a coppia?

- Lotto 332: sistema monouso sterile con dispositivo conta garze alveolare comprensivo di conta aghi e vassoi di smaltimento selettivi dei rifiuti post operatori;

Chiediamo cortesemente di specificare le misure del conta garze, del conta aghi e dei vassoi di smaltimento e volerci fornire il codice del prodotto attualmente in uso;

*Rimaniamo in attesa di Vs. gentile riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi
Cordiali Saluti*

RISPOSTA:

CONTO DEPOSITO: La richiesta di cui all'art. 2 del disciplinare di gara non è riferita ad alcun lotto specifico ma riguarda l'intera procedura ed è applicabile in funzione delle specifiche esigenze assistenziali delle Singole Aziende sanitarie che compongono il Bacino.

LOTTO 153: Si conferma la descrizione del lotto. Relativamente alle dimensioni delle coperture si applica il principio di equivalenza.

LOTTO 329: Non è possibile offrire un numero di lunghezza minore.

Il prezzo è unitario.

LOTTO 332: Si conferma la descrizione del lotto.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

22. Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 18:36:22

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti, per i lotti sotto indicati:

Lotto 4

Quali sono le Misure teli operatorio?

Il telo deve essere sterile?

Cosa si intende per applicatore con spugna?

Lotto 14

Cosa si intende per Tube Kit Burette?

Lotto 16

Riguardo misure del diametro degli aghi di radiofrequenza, viene considerato il più o meno del 10%?

Lotto 17

lotto 17 sub a

E possibile presentare offerta di SISTEMA di CRIONUEROMODULAZIONE attaverso Criosonde Sterili NON MONOUSO MA STERILIZZABILI ?

disponibili in 12g e 15g con punta smussato o tagliente. In letteratura scientifica non ci sono preclusioni fra i sistemi monouso e risterilizzabili.

lotto 17 sub b

*E possibile presentare offerta per GENERATORE AUTOMATICO completo di bombola di CO2 di grado medica, idoneo all'utilizzo dei dispositivi STERILIZZABILI di cui in chiarimento precedente
CORDIALI SALUTI*

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto 4 e del lotto 14

LOTTO 16: Le tolleranze, fermo restando il principio dell'equivalenza, saranno valutate dalla Commissione Tecnica, incaricata della valutazione di conformità, secondo la tipologia e la funzione del dispositivo descritto in capitolo.

LOTTO 17 sub a: Non è possibile offrire prodotti non sterili

LOTTO 17 sub b: Non è richiesto generatore automatico per dispositivi sterilizzabili.

23. Quesito pervenuto il 25/03/2022 alle ore 10:07:11

*Con la presente siamo a richiedere se i quantitativi richiesti per il lotto 344a e 344b siano corretti in quanto dai quantitativi richiesti risulta che ogni centrifuga processerebbe solamente 2 kit all'anno.
Si chiede quindi di chiarire i quantitativi delle centrifughe e dei kit richiesti, grazie*

RISPOSTA:

Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che questa Stazione Appaltante, a seguito della interlocuzione posta in essere con le altre Aziende del bacino, sta provvedendo alla ripubblicazione del capitolo tecnico in formato excel, che dovrà essere restituito con firma digitale. Il capitolo tecnico, opportunamente rimodulato, conterrà i quantitativi congrui.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

24. Quesito pervenuto il 25/03/2022 alle ore 17:46:56

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti per i lotti sotto indicati:

Lotto 25

Si chiede se è considerata la tolleranza del 10% su pressione e flusso del vostro capitolato.

In ragione del fatto che durante le procedure radiologiche, solitamente i sistemi di infusione ad alta pressione utilizzano la pressione di 300 psi ad un flusso di 5 ml/sec, parametri standard per eseguire una TAC per la stadiizzazione dei principali Tumori.

Lotto 32

Si chiede se è considerata la tolleranza del 10% su pressione e flusso del vostro capitolato.

In ragione del fatto che durante le procedure radiologiche, solitamente i sistemi di infusione ad alta pressione utilizzano la pressione di 300 psi ad un flusso di 5 ml/sec, parametri standard per eseguire una TAC per la stadiizzazione dei principali Tumori.

Lotto 34

Si chiede se è considerata la tolleranza del 10% su pressione e flusso del vostro capitolato.

In ragione del fatto che durante le procedure radiologiche, solitamente i sistemi di infusione ad alta pressione utilizzano la pressione di 300 psi ad un flusso di 5 ml/sec, parametri standard per eseguire una TAC per la stadiizzazione dei principali Tumori.

Lotto 36

Si chiede se è considerata la tolleranza del 10% su pressione e flusso del vostro capitolato.

In ragione del fatto che durante le procedure radiologiche, solitamente i sistemi di infusione ad alta pressione utilizzano la pressione di 300 psi ad un flusso di 5 ml/sec, parametri standard per eseguire una TAC per la stadiizzazione dei principali Tumori.

Lotto 39

Si chiede se è possibile offrire unica lunghezza, in relazione del fatto che il picc in ogni caso verrà tagliato intorno ai 30/40 cm per l'impianto sul paziente considerando le misure antropometriche standard della popolazione europea
Cordiali saluti

RISPOSTA:

LOTTO 25: Le tolleranze, fermo restando il principio dell'equivalenza, saranno valutate dalla Commissione Tecnica, incaricata della valutazione di conformità, secondo la tipologia e la funzione del dispositivo descritto in capitolato

LOTTO 32: Vedi risposta precedente

LOTTO 34: Vedi risposta precedente

LOTTO 36: Vedi risposta precedente

LOTTO 39: Si conferma quanto descritto in capitolato.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

25. Quesito pervenuto il 28/03/2022 10:32:02

La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

1) Nel lotto 338 viene richiesta una NPWT con autonomia dai 15 ai 60 giorni.

Si fa presente che esistono delle Linee guida sull' utilizzo della NPWT monouso in cui, citiamo testualmente: non può essere impiegata per un periodo superiore ai 14 giorni.

Si fa pertanto richiesta a questa amministrazione di modificare l'autonomia dei sistemi dai 15 ai 14 giorni, secondo quanto riportato dalle linee guida

2) Nella descrizione del lotto 338 si fa richiesta di un serbatoio monouso con 150ml di capacità .

Esistono in commercio altri sistemi monouso che utilizzano una medicazione assorbente con capacità di raccolta fluidi anche superiore alla quantità indicata. Si fa pertanto richiesta di accettare come conformi anche I sistemi senza canister.

Si fa presente, in tal modo, che viene così permessa la libera partecipazione di altri sistemi, dato che la descrizione pubblicata identifica un solo prodotto.

Alleghiamo a supporto linee guida

VEDI ALLEGATO

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto, fermo restando l'applicabilità del principio di equivalenza di cui all'art. 68 - comma 7 - Dlgs 50/2016.

26. Quesito pervenuto il 28/03/2022 11:18:56

“Spettabile Ente,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

LOTTO 399

- copriparatia pe 100x120cm: si chiede di confermare che "sagomata ad L" sia un refuso, e che debba essere un copristrumento a busta con elastico e un adesivo medicaLE 5x5.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo

Distinti Saluti”

RISPOSTA:

Si rimanda alla risposta al quesito n.1. Si conferma la descrizione del lotto, fermo restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

27. Quesito pervenuto il 28/03/2022 12:02:17

“Buongiorno, di seguito le seguenti contestazioni:

*LOTTO 23: individua univocamente dispositivo medico distribuito dall'azienda ***** il cui utilizzo non trova riscontro clinico secondo le linee guida attuali. Si richiede di eliminare tale lotto o in alternativa di eliminare la richiesta di catetere in silicone con valvola di groshong. Si fa inoltre presente che l'utilizzo di eparina è indipendente dalla tipologia di catetere utilizzato, le evidenze cliniche indicano che i cateteri PICC a punta chiusa hanno una gestione identica a quella dei cateteri a punta aperta. Si richiede pertanto di eliminare la richiesta di catetere a punta chiusa.*

LOTTO 25: il capitolato tecnico così espresso individua univocamente una sola azienda, si richiedere di poter offrire cateteri con filo guida lungo 70cm e 300psi

*LOTTO 479: il capitolato così espresso individua univocamente prodotto dell'azienda ***** . Si richiede di eliminare la dicitura: maglia autoconformante certificata (certificazione originale del produttore).*

RISPOSTA:

LOTTO 23: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

LOTTO 25: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 comma 7 - Dlgs 50/2016

LOTTO 479: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

28. Quesito pervenuto il 28/03/2022 14:34:54

buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Lotto 395

-Si prega di specificare che cosa si intende per sistema allinea guide a 5 anse.

Lotto 396

-Telo triaccoppiato impermeabile 70x20 con foro centrale 15x15 adesivizzato sul lato da 70, si richiede la conferma delle misure 70x20 che ci risultano essere anomale

-Per la colla cutanea ed il disinettante vengono richiesti più volumi, devono essere inseriti tutti i volumi richiesti o ne basta uno a scelta in quel range richiesto?

Lotto 397

-Si richiede di specificare le dimensioni della medicazione in poliuretano trasparente, impermeabile all'acqua e ai batteri e ad elevata gas permeabilità

-Si richiede se possibile inserire flaconcino da 20 cc anziché 10cc come richiesto

-Si richiede se la misura dei 3 tamponi di garza 3mm sia un refuso e si intendeva 30mm

Lotto 398

-La siringa da 10 ml richiesta deve essere luer lock o luer slip?

-Si prega di indicare maggiori specifiche sul drenaggio toracico richiesto

Lotto 639

-possibile offrire i comuni bisturi con manico in plastica anziché in alluminio?

-Hydrobalance si intende una medicazione adesiva, con quali caratteristiche?

-Se possibile indicare calibro lunghezza e tipo di ago delle suture richieste

Lotto 640

-Si conferma la misura delle 3 compresse di garza 16 strati 40x40 RX o è un refuso e si intendeva 10x10 a 16 strati rx?

-possibile offrire i comuni bisturi con manico in plastica anziché in alluminio?

-Hydrobalance si intende una medicazione adesiva, con quali caratteristiche?

-Se possibile indicare calibro lunghezza e tipo di ago delle suture richieste

-Stripper venosi si prega di indicare la misura richiesta sia della versione mono-cavo che bi-cavo distinti saluti”

RISPOSTA:

LOTTO 395: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

LOTTO 396: La misura corretta del telo triaccoppiato impermeabile è di 70x120 cm., con foro centrale misura 15x15 cm, con adesivo sul lato da 70 cm.

LOTTO 397: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016.

LOTTO 398: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

LOTTO 639: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

LOTTO 640: Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

29. Quesito pervenuto il 28/03/2022 16:15:56

“IN RIFERIMENTO AL LOTTO 6 VOCE C VIENE RICHIESTO “UN GENERATORE PER BIOPSIE VUOTO ASSISTITO”, è UN REFUSO? NEL CASO IN CUI FOSSE UNA PARTICOLARITA’ TECNICA, CHIEDIAMO LE CARATTERISTICHE TECNICHE E LA CORRELAZIONE CON LA RADIOFREQUENZA.

DISTINTI SALUTI

RISPOSTA:

A seguito di verifica da parte del tavolo tecnico è stato riscontrato che la voce c del lotto 6, si riferisce al lotto 59. Pertanto la descrizione corretta dei lotti in questione, in corso di formalizzazione con apposito atto della Stazione Appaltante, è la seguente:

LOTTO	SUBLotto	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	QUANTITA' TRIENNALE BACINO
6	a	ABLAZIONE RF/MW/CARIO	AGHI TERMOABLAZIONE A RF. E GENERATORE	AGHI TERMOABLAZIONE A RF. Aghi ad uncini estraibili con termocoppie in punta. Possibilità di disattivazione selettiva di un qualsiasi uncino. Aghi disponibili a singolo uncino a 7 uncini a 9 uncini. Sistema di uscita ago a punta attiva antiseeding.	PER 91
6	b	ABLAZIONE RF/MW/CARIO	AGHI TERMOABLAZIONE A RF. E GENERATORE	GENERATORE DI RADIOFREQUENZA idoneo all'utilizzo dei dispositivi sopra descritti (Lotto 6, sub a), da concedere in comodato d'uso gratuito per l'intera durata dell'appalto.	9
59	a	BIOPSIA	KIT CON AGO A PUNTA TRICONCAVA E SISTEMA AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE PER BIOPSIE VUOTO-ASSISTITE	KIT con ago a punta triconcava e sistema autonomo di illuminazione per biopsie vuoto-assistite, compatibile con stereotassi, ultrasuoni e risonanza magnetica. Misure ago: 7, 10 e 12 G. I kit devono essere usati con sistemi che consentano: il campionamento automatico del tessuto e rotazione automatizzata dell'ago guidata dal software; dopo la scelta del numero dei campioni e l'avvio della procedura; la regolazione mediante software della dimensione della finestra di campionamento; la gestione automatica della velocità di taglio a seconda del tipo di tessuto in cui si effettua il campionamento; la gestione software dell'aspirazione; il lavaggio dei campioni; l'inserimento di anestetico con rotazione a 360°; la raccolta dei campioni con sistema chiuso e sistema aperto con recupero sequenziale. Kit aghi per risonanza magnetica	343



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

59	b	BIOPSIA	KIT CON AGO A PUNTA TRICONCAVA E SISTEMA AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE PER BIOPSIE VUOTO-ASSISTITE	Come sopra per ultrasuoni e stereotassi	1928
59	c	BIOPSIA	AGHI PER TERMOABLACIONE A RF. E GENERATORE	GENERATORE PER BIOPSIE VUOTO - ASSISTITE, idoneo all'utilizzo dei dispositivi sopra descritti (Lotto 6 - sub a, B) da concedere in comodato d'uso gratuito per l'intera durata dell'appalto	12

30. Quesito pervenuto il 28/03/2022 17:28:00

Buonasera,
relativamente al LOTTO 15 a) e b), si richiede:

1. Il sistema richiesto dovrà essere monopolare per il tratto cervicale e bipolare per il tratto lombare?
2. Il sistema richiesto dovrà essere bipolare sia per il tratto lombare che cervicale?
3. Verranno presi in considerazione sistemi multifunzione in grado di consentire all'operatore l'esecuzione di rimozione meccanica del nucleo, Ablazione del nucleo: eseguita mediante il dispositivo a radiofrequenza a bassa temperatura o coblazione ovvero Modulazione dell'anulus con manipolo orientabile di cui è dotato il sistema?
4. Verranno esclusi o presi in considerazione dispositivi che presentano un supporto ed impugnatura attraverso il quale si ottiene l'estensione della punta di 45 gradi ma in grado di ottenere una navigazione interna al disco di 360° con cui poter eseguire un trattamento di coblazione, neuromodulazione dell'anulus e anche rimozione discale meccanica?
5. Verranno presi in considerazione anche dispositivi per il tratto lombare che non agiscono mediante un sistema di attivazione della navigazione interno a 360° ma con sistema di rotazione esterno consentono di ottenere sia la decompressione discale che la modulazione dell'anulus o la rimozione meccanica del disco, attraverso elementi interni al kit?
6. I generatori richiesti per il sistema di decompressione discale lombare e cervicale possono essere differenti e correlati al distretto interessato o è preferibile avere a disposizione un unico generatore in grado di supportare il trattamento per il tratto lombare e cervicale sia esso mono o bipolare?
7. Ai fini della sicurezza dei trattamenti è valutabile la possibilità di un dispositivo monouso dotato di cannule sequenziali percutanee e atraumatiche atte ad accogliere gli strumenti chirurgici necessari alla decompressione discale o alla neuromodulazione?
8. Verranno prese in considerazione dispositivi monouso bipolarì che agiscono sulla base di generatori attivanti una forma di energia che combina diverse onde ad alta frequenza (per esempio da 4, 8, 12, 16 MHz) generando un pacchetto di energia di legame in grado di rompere i legami molecolari senza comportare l'aumento di temperatura?

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 comma 7 - Dlgs 50/2016.



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

31. Quesito pervenuto il 28/03/2022 18:12:48

In riferimento al lotto 348 della gara in oggetto, considerando l'importo a base di d'asta di euro 50,00, si chiede se il dispositivo "Roll" richiesto debba essere una benda specifica con le caratteristiche indicate al lotto precedente n. 347 ovvero a base di matrice oleica a rilascio di ROS. Certi di un riscontro, si pongono cordiali saluti

RISPOSTA:

Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 comma 7 - Dlgs 50/2016.

32. Quesito pervenuto il 23/03/2022 alle ore 12:12:16

*“Spett.le Ente,
in riferimento alla procedura in oggetto, si allega ns richiesta di chiarimenti.*

Cordiali Saluti”

VEDI ALLEGATO

RISPOSTA:

Punto 2:

L'equivalenza sarà valutata sulla base della relazione dettagliata richiesta nel Disciplinare di gara (pag 35 – lettera b), che dovrà contenere adeguate argomentazioni tecniche supportate da documentazione a comprova (art. 68 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

Punto 3:

Si veda la risposta al quesito n. 6 – ultimo capoverso.

Punto 4

Si conferma la descrizione del lotto, ferma restando l'applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 – comma 7 - Dlgs 50/2016

Punto 5:

Si veda la risposta al quesito precedente.

33. Quesito pervenuto il 25/03/2022 alle ore 10:50:03 - 10:51:02

*“Spett.le Ente,
in riferimento al lotto 396 Essendo un Kit fatto su misura questo kit deve essere registrato in base alle nuove disposizioni in materia di registrazione dei dispositivi e questo comporta una tempistica superiore alla scadenza della gara. Per tanto si chiede di poter posticipare la date per la presentazione dell'offerta e di consegnare successivamente gli stessi articoli in versione sterile.*

Cordiali saluti”



**Azienda Ospedaliero Universitaria
“Policlinico G. Rodolico – San Marco”
Catania**

“Spett.le Ente,

in riferimento al Lotto 397, Essendo un Kit fatto su misura questo kit deve essere registrato in base alle nuove disposizioni in materia di registrazione dei dispositivi e questo comporta una tempistica superiore alla scadenza della gara. Per tanto si chiede di poter posticipare la date per la presentazione dell'offerta e di consegnare successivamente gli stessi articoli in versione sterile.

RISPOSTA:

La stazione appaltante a seguito di opportune valutazioni pubblicherà sulla piattaforma l'eventuale rinvio della data di presentazione dell'offerta.

34. **Quesito pervenuto il 24/03/2022 alle ore 08:59:39**

Al lotto 585 voce A Agghi per Crioablazione

La base d'asta è di parecchio inferiore ai prezzi medi di vendita del territorio Italiano. Infatti a fronte di una base d'asta di 1200 euro ci sono prezzi in Italia superiori ai 1700 euro. Anche in Sicilia il prezzo della gara di Emodinamica di Bacino OCC è di 1870 euro, quello della gara di Radiologia Bac Orientale in rinnovo con la gara in oggetto è di circa 1850. Chiediamo una revisione della base d'asta.”

RISPOSTA:

Si confermano la quotazione previste a base d'asta.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Calogero Raffaele Addamo

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Dott. Marcello Vinciguerra